

# 臺北榮民總醫院藥學部

## 臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 108年12月

	六號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max
2019/12/1	3.4	4.3	18.9	19.2
2019/12/2	3.6	4.3	18.4	18.9
2019/12/3	3.6	4.3	18.2	18.9
2019/12/4	3.6	4.3	18.4	18.9
2019/12/5	3.6	4.3	18.3	18.9
2019/12/6	3.6	4.3	18.3	18.6
2019/12/7	3.6	4.3	17.9	18.3
2019/12/8	3.6	4.3	17.7	18
2019/12/9	3.7	4.3	17.7	18.3
2019/12/10	3.6	4.3	18.1	18.7
2019/12/11	3.6	4.3	18	18.3
2019/12/12	3.6	4.5	18.2	18.9
2019/12/13	3.6	4.3	18.4	18.9
2019/12/14	3.6	4.3	18.2	18.6
2019/12/15	3.6	4.3	18.2	18.8
2019/12/16	3.6	4.3	18.2	18.9
2019/12/17	3.6	4.3	18.3	18.9
2019/12/18	3.7	4.3	18.6	19.1
2019/12/19	3.7	4.3	18.6	19.2
2019/12/20	3.7	4.3	18.8	19.4
2019/12/21	3.7	4.3	18.6	19.3
2019/12/22	3.7	4.3	19.2	19.5
2019/12/23	3.7	4.3	19.4	19.8
2019/12/24	3.7	4.3	19.4	20.1
2019/12/25	3.7	4.3	19.4	20.3
2019/12/26	3.6	4.3	19.4	20.1
2019/12/27	3.7	5.4	19.3	19.7
2019/12/28	4	5.6	19.2	19.6
2019/12/29	4.9	5.5	19.4	20.1
2019/12/30	4.9	6	19.6	20.3
2019/12/31	4.7	5.8	19.1	19.6

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥  
師(三)級藥師 10901020947 藥學部 溫雅如  
師(三)級藥師 1091021458

溫度均在正常範圍內