

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 108年10月

	六號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max
2019/10/1	3.7	6.1	19.8	19.8
2019/10/2	3.7	4.2	19.8	19.8
2019/10/3	3.9	4.4	19.8	19.8
2019/10/4	4	4.3	19.9	19.9
2019/10/5	4	4.3	19.9	19.9
2019/10/6	4	4.3	19.8	19.8
2019/10/7	3.8	4.3	19.7	19.7
2019/10/8	3.7	4.2	19.9	19.9
2019/10/9	3.8	4.3	19.9	19.9
2019/10/10	4.1	4.3	19.8	19.8
2019/10/11	4.1	4.3	19.8	19.8
2019/10/12	4.1	4.3	19.6	19.6
2019/10/13	4.1	4.3	19.5	19.5
2019/10/14	3.9	4.3	19.4	19.4
2019/10/15	3.9	4.3	19.8	19.8
2019/10/16	3.6	4.2	19.7	19.7
2019/10/17	3.7	4.2	19.9	19.9
2019/10/18	3.7	4.1	19.7	19.7
2019/10/19	3.8	4.1	19.7	19.7
2019/10/20	3.8	4.1	19.4	19.4
2019/10/21	3.8	4.1	19.2	19.2
2019/10/22	3.8	4.1	19.1	19.1
2019/10/23	3.8	4.1	19.4	19.4
2019/10/24	3.7	4.1	19.6	19.6
2019/10/25	3.8	4.1	19.5	19.5
2019/10/26	3.8	4.1	19.5	19.5
2019/10/27	3.8	4.1	19.3	19.3
2019/10/28	3.8	4.3	19.4	19.4
2019/10/29	4	4.3	19.5	19.5
2019/10/30	4.2	4.4	19.6	19.6
2019/10/31	4.2	4.4	19.6	19.6

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 108
師(三)級藥師 101 藥學部 溫雅如 108
師(三)級藥師 101