

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 110 年 01 月

	六號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max
2021/1/1	4.9	5.2	17.6	20.3
2021/1/2	4.9	5.2	18.4	20.8
2021/1/3	5.1	5.2	18.2	18.7
2021/1/4	4.8	6.2	18.5	19.3
2021/1/5	4.7	5	18.2	19
2021/1/6	4.7	5	18.4	18.9
2021/1/7	4.7	4.9	17.7	18.6
2021/1/8	4.7	5.2	16.6	17.7
2021/1/9	4.9	5.2	15.9	16.6
2021/1/10	5	5.3	15.6	16.4
2021/1/11	5.1	5.3	16.4	21.2
2021/1/12	4.9	5.2	16	16.6
2021/1/13	4.9	5.2	15.6	16.9
2021/1/14	4.8	5.2	16.1	17.3
2021/1/15	4.9	5.2	16.8	17.9
2021/1/16	4.9	5.2	17.6	18.1
2021/1/17	4.9	5.2	17.2	17.7
2021/1/18	4.9	5.3	17.2	17.7
2021/1/19	5.1	5.3	17.3	18.3
2021/1/20	4.8	5.3	18	19.1
2021/1/21	4.9	5.2	18	18.9
2021/1/22	4.9	5.2	18.3	19.5
2021/1/23	4.9	5.2	18.7	19.2
2021/1/24	4.9	5.2	18.3	19.2
2021/1/25	4.9	5.2	18.4	19.1
2021/1/26	4.9	5.2	18.4	19.2
2021/1/27	4.9	5.2	18.6	19.4
2021/1/28	4.8	5.2	18.8	19.5
2021/1/29	4.8	5.2	18.5	18.9
2021/1/30	4.8	5.1	18.3	18.8
2021/1/31	4.8	5.1	18.2	18.8

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 邱保祥 110
師(三)級藥師 邱保祥 201
藥學部 溫雅如 110
師(三)級藥師 溫雅如 204