

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 110 年 12月

序號	六號冰箱		室溫	
	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max
2021/12/1	4.4	5.1	18.1	19.1
2021/12/2	4.4	5.1	17.9	18.2
2021/12/3	4.5	5.1	17.4	18
2021/12/4	4.5	5.1	17.2	17.5
2021/12/5	4.5	5.1	17.4	18
2021/12/6	4.4	5.1	17.8	18.5
2021/12/7	4.5	5.1	17.9	18.2
2021/12/8	4.5	5.1	17.7	18.4
2021/12/9	4.4	5	18.4	19.1
2021/12/10	4.4	4.9	18.9	19.5
2021/12/11	4.4	4.9	18.6	19.4
2021/12/12	4.4	4.9	18.4	19.1
2021/12/13	4.3	4.9	18.3	18.8
2021/12/14	4.3	4.9	18.2	19.3
2021/12/15	4.3	5.1	18.4	19.3
2021/12/16	4.3	5.1	18.6	19.8
2021/12/17	4.3	4.9	18.1	19.1
2021/12/18	4.4	4.9	17.6	18.1
2021/12/19	4.5	5	17.5	17.8
2021/12/20	4.4	5.2	17.7	18.6
2021/12/21	4.7	5.2	18	18.9
2021/12/22	4.7	5.3	18.2	18.8
2021/12/23	4.6	5.2	18.1	18.9
2021/12/24	4.3	5.2	18.3	19.2
2021/12/25	4.3	4.9	17.9	18.3
2021/12/26	4.3	4.9	17.5	18
2021/12/27	4.4	4.9	17.2	17.6
2021/12/28	4.3	4.9	17.3	18.3
2021/12/29	4.3	4.9	17.9	18.7
2021/12/30	4.3	4.9	17.3	18.1
2021/12/31	4.3	4.9	17.1	17.3

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥
師(三)級藥師 11110103 藥學部 邱子芹
師(三)級藥師 11110103

總藥師: 藥學部 廖志峰
師(二)級藥師 11115003

業管主管: 藥學部 何沁沁
師(一)級藥師 111010401

溫度均在正常範圍內