

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 111 年 05 月

	六號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max
2022/5/1	5.2	5.5	19.6	19.9
2022/5/2	4.9	5.8	19.4	19.9
2022/5/3	4.9	5.5	19.2	20.2
2022/5/4	4.9	5.4	19.6	20.1
2022/5/5	4.8	5.4	19.4	20.2
2022/5/6	4.6	5.2	19.7	20.3
2022/5/7	4.6	4.9	19.5	19.8
2022/5/8	4.6	4.9	19.4	20.1
2022/5/9	4.6	5.5	19.7	20.7
2022/5/10	4.6	6.2	19.8	21.3
2022/5/11	5.2	6.1	20.1	21.1
2022/5/12	5.2	5.4	19.8	20.3
2022/5/13	5.3	5.8	19.7	20.3
2022/5/14	5.4	5.6	19.7	20.7
2022/5/15	5.4	5.6	19.3	19.7
2022/5/16	5.4	5.8	19.2	19.6
2022/5/17	5.4	5.6	19	19.4
2022/5/18	5.3	5.6	19.1	20.1
2022/5/19	5.1	5.9	19.2	20
2022/5/20	5.1	5.7	19.4	19.8
2022/5/21	5.1	5.3	19.4	20.1
2022/5/22	5.2	5.4	19.5	19.9
2022/5/23	4.9	5.5	19.2	19.9
2022/5/24	4.9	5.4	19.7	20
2022/5/25	5.1	5.3	19.6	20.3
2022/5/26	5	5.9	19.6	20.3
2022/5/27	5.1	5.6	19.4	20.1
2022/5/28	5.3	5.5	19.4	20
2022/5/29	5.3	5.5	19.5	19.9
2022/5/30	5.2	5.5	19.5	20.2
2022/5/31	5.2	5.7	19.6	20.6

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥
師(三)級藥師 0601 (11) 0601
藥學部 邱予芹
師(三)級藥師 0601 (11) 0601

總藥師: 藥學部 廖志峰
師(二)級藥師 0902 (11) 0902

業管主管: 藥學部 何沁沁
師(一)級藥師 0602 (11) 0602

溫度均在正常範圍內