

# 臺北榮民總醫院藥學部

## 臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表111年 08月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2022/8/1	5.1	6	4.9	5.3	20.3	21
2022/8/2	5.1	5.3	4.9	5.3	20.3	20.6
2022/8/3	5.1	5.5	4.9	5.3	20.2	20.5
2022/8/4	4.6	5.4	5.1	5.4	20.3	20.9
2022/8/5	4.5	5.2	4.9	5.3	20.3	20.5
2022/8/6	4.5	5.2	4.9	5.3	20.1	20.5
2022/8/7	4.5	5.2	4.9	5.3	19.9	20.3
2022/8/8	4.5	5.2	4.9	5.3	19.9	20.3
2022/8/9	4.4	5.2	4.9	5.3	20.1	20.4
2022/8/10	4.4	5.2	4.9	5.3	20.2	20.5
2022/8/11	4.8	5.4	4.9	5.3	20.2	20.4
2022/8/12	4.6	5.2	4.9	5.3	20.1	20.6
2022/8/13	4.7	5.1	4.9	5.3	20.1	20.4
2022/8/14	4.7	5.1	4.9	5.3	19.9	20.2
2022/8/15	4.6	5	4.9	5.3	19.9	20.8
2022/8/16	4.6	5.2	5.1	5.3	20.1	20.8
2022/8/17	4.7	5.1	4.9	5.4	20.3	20.9
2022/8/18	4.7	5.2	4.9	5.3	20.3	20.9
2022/8/19	4.8	5.2	5.1	5.3	20.4	21.1
2022/8/20	4.8	5.1	4.9	5.3	20.3	20.7
2022/8/21	4.8	5.2	4.9	5.3	20.2	20.6
2022/8/22	4.8	5.6	4.9	5.3	20.1	20.5
2022/8/23	4.7	5.2	4.9	5.3	20.3	20.7
2022/8/24	4.7	5.7	4.9	5.3	20.3	21.2
2022/8/25	4.9	5.3	4.9	5.3	20.6	21
2022/8/26	4.9	5.3	4.9	5.3	20.5	20.9
2022/8/27	5.1	5.3	4.9	5.3	20.4	20.8
2022/8/28	5.1	5.4	4.9	5.3	20.3	20.5
2022/8/29	4.9	5.4	4.8	5.3	20.2	20.9
2022/8/30	4.8	5.5	4.8	5.2	20.4	21.1
2022/8/31	4.7	5.3	4.8	5.2	20.4	20.9

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥  
師(三)級藥師 藥學部 邱子芹  
師(三)級藥師

總藥師: 藥學部 廖志峰  
師(二)級藥師

業管主管: 藥學部 何沁沁  
師(一)級藥師

溫度均在正常範圍內