

# 臺北榮民總醫院藥學部

## 臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 107年03月

	六號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max
2018/3/1	3.9	5.3	18.9	19.4
2018/3/2	3.7	5.7	18.7	19.5
2018/3/3	3.7	3.9	19.2	19.5
2018/3/4	3.7	3.9	19.2	19.7
2018/3/5	3.7	4	19.4	19.7
2018/3/6	3.8	4	19.5	19.7
2018/3/7	3.8	4.1	19.5	19.9
2018/3/8	3.8	4	19.2	19.6
2018/3/9	3.7	4.2	18.6	19.2
2018/3/10	3.7	3.9	18.4	18.7
2018/3/11	3.8	3.9	18.2	18.4
2018/3/12	3.7	4	18.2	18.8
2018/3/13	3.7	3.9	18.8	19.3
2018/3/14	3.7	3.9	19.2	19.7
2018/3/15	3.7	4	19.4	20.1
2018/3/16	3.7	4.1	19.7	20.1
2018/3/17	3.8	4	19.8	20.2
2018/3/18	3.8	4	19.7	20.1
2018/3/19	3.8	4.3	19.7	20.2
2018/3/20	4.2	4.3	19.9	20.1
2018/3/21	4.2	4.3	19.5	20.1
2018/3/22	3.9	4.3	19.2	19.5
2018/3/23	3.9	4.2	18.8	19.3
2018/3/24	3.9	4.1	19.2	19.3
2018/3/25	3.9	4.1	19.2	19.4
2018/3/26	3.9	4.3	19.2	19.7
2018/3/27	4	4.2	19.4	19.9
2018/3/28	3.9	4.2	19.6	21.5
2018/3/29	3.9	4.3	21.5	22.2
2018/3/30	3.9	4.2	22.2	22.6
2018/3/31	4.1	4.3	22.4	22.8

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 邱保祥  
 (三) 藥師 107  
 01102