

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 112 年 12 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2023/12/1	4.5	5.8	2.9	5.1	19	19.9
2023/12/2	4.6	5.3	2.9	3.7	18.8	18.9
2023/12/3	4.6	5.3	2.9	3.7	18.6	18.8
2023/12/4	4.6	5.3	2.9	3.7	18.6	19
2023/12/5	4.5	5.3	2.9	3.8	18.8	19.3
2023/12/6	4.6	5.3	2.8	3.6	19.1	19.4
2023/12/7	4.7	5.3	2.9	5.4	18.6	19.2
2023/12/8	4.7	5.3	4.7	4.9	18.6	19.2
2023/12/9	4.7	5.3	4.7	4.9	18.9	19.2
2023/12/10	4.7	5.3	4.7	4.9	19.2	19.4
2023/12/11	4.6	5.4	4.5	5.1	18.8	19.4
2023/12/12	4.7	5.3	4.5	4.8	18.7	18.8
2023/12/13	4.7	5.3	4.5	4.8	18.7	18.9
2023/12/14	4.7	5.3	4.5	4.8	18.7	18.9
2023/12/15	4.6	5.3	4.4	4.9	18.8	18.9
2023/12/16	4.7	5.3	4.4	4.7	17.9	19
2023/12/17	4.7	5.4	4.4	4.7	17.5	17.9
2023/12/18	4.7	5.4	4.4	4.7	17.6	18
2023/12/19	4.7	5.4	4.4	4.8	18	18.4
2023/12/20	4.8	5.5	4.6	4.9	17.9	18.2
2023/12/21	4.6	5.4	4.6	4.7	16.7	17.9
2023/12/22	4.6	5.4	4.6	4.7	16.4	16.7
2023/12/23	4.7	5.4	4.6	4.8	16.5	17.3
2023/12/24	4.7	5.4	4.6	4.8	16.4	17.7
2023/12/25	4.7	5.5	4.6	5	16.3	16.6
2023/12/26	4.9	5.5	4.6	4.9	16.5	17.4
2023/12/27	4.7	5.5	4.6	4.9	17.4	18
2023/12/28	4.7	5.4	4.6	5.1	17.9	18.4
2023/12/29	4.7	5.4	4.8	5.2	18.2	18.6
2023/12/30	4.6	5.4	4.8	5.3	18.6	21.5
2023/12/31	4.7	5.4	4.8	5.1	18.2	19.1

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 113
 藥學部 邱予芹 113
 藥學部 邱予芹 113

總藥師: 藥學部 廖志峰 113
 藥學部 廖志峰 113

業管主管: 藥學部 何沁沁 113
 藥學部 何沁沁 113

藥學部 周千澄 113
 藥學部 周千澄 113