

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 01 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/1/1	4.7	5.4	4.8	5.3	17.7	20.3
2024/1/2	4.7	5.4	3.9	4.6	18	19.3
2024/1/3	4.6	4.9	3.9	4.2	17.6	18.3
2024/1/4	4.7	5.4	3.9	4.2	17.3	17.7
2024/1/5	5.1	5.4	3.9	4.3	17.7	18
2024/1/6	4.9	5.3	4.1	4.3	17.8	18
2024/1/7	4.9	5.3	4.1	4.3	17.5	17.8
2024/1/8	4.9	5.5	4.1	4.3	17.4	18.4
2024/1/9	5.2	5.4	4	4.4	18.1	18.6
2024/1/10	5.1	5.4	3.9	4.6	17.1	18.2
2024/1/11	5.1	5.2	3.4	4.1	17.1	17.3
2024/1/12	5.1	5.7	3.4	4	17.2	17.4
2024/1/13	5.1	5.3	3.6	3.9	17.3	17.6
2024/1/14	5.2	5.3	3.6	3.9	17.3	17.7
2024/1/15	4.8	5.3	3.6	3.9	17.7	18
2024/1/16	4.8	5.2	3.6	4.1	17.7	18
2024/1/17	4.9	5.2	3.9	4.2	17.7	18.2
2024/1/18	4.9	5.2	3.9	4.2	17.8	18.7
2024/1/19	4.9	5.1	3.9	4.2	18.4	18.9
2024/1/20	4.9	5.1	3.9	4.2	18.8	19
2024/1/21	4.9	5.1	3.9	4.2	17.9	18.8
2024/1/22	4.9	5.1	3.9	4.2	17.3	17.9
2024/1/23	4.9	5.1	3.9	4.1	16.4	17.3
2024/1/24	4.9	5.3	3.9	4.2	16.1	16.4
2024/1/25	4.9	5.3	3.7	4.3	16	16.4
2024/1/26	4.7	5.1	3.9	4.3	15.9	16.9
2024/1/27	4.7	5.1	4	4.2	16	16.2
2024/1/28	4.7	5.1	4	4.2	15.6	16.2
2024/1/29	4.5	5.1	4	4.2	15.9	17.7
2024/1/30	4.6	4.9	4	4.2	16.7	17.3
2024/1/31	4.6	4.9	3.9	4.4	17.3	17.9

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 113
 藥學部 邱子芹 113
 藥學部 邱子芹 113

總藥師: 藥學部 廖志峰 1630
 藥學部 廖志峰 1630

業管主管: 藥學部 何沁沁 1100
 藥學部 何沁沁 1100