

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 113 年 02 月

	零號冰箱		四號冰箱		五號冰箱		八號冰箱		九號冰箱		室溫2	
序號	2052-0128		1611-0062		1715-0118		2123-0024		2123-0028		1715-0116	
備用	2052-0129		1611-0052		1715-0119		2123-0025		2123-0029		1715-0117	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/2/1	5.8	6	3.3	4.5	4.3	4.8	3.6	4.7	5.2	5.8	20.6	20.9
2024/2/2	4.7	6.2	3.3	4.4	4.1	4.9	3.6	4.8	4.8	5.4	20.5	20.7
2024/2/3	4.7	4.9	3.3	4.4	4.1	4.6	3.7	4.8	4.9	5.3	20.2	20.5
2024/2/4	4.7	5	3.4	4.4	4.1	4.6	3.7	4.8	4.9	5.3	19.9	20.2
2024/2/5	4.7	5.1	3.4	4.5	4.1	5.1	3.6	4.8	4.9	5.3	19.9	20.1
2024/2/6	4.8	5.4	3.4	5.2	4.1	4.7	3.6	4.8	4.9	5.3	19.8	20.1
2024/2/7	4.9	5.4	3.6	4.7	4.1	4.6	3.5	4.9	4.9	5.5	19.9	20.2
2024/2/8	4.9	5.2	3.7	4.7	4.2	4.6	3.9	4.9	5.1	5.4	19.6	20.1
2024/2/9	4.9	5.3	3.7	4.7	4.2	4.6	3.9	4.9	5	5.3	19.3	19.6
2024/2/10	4.9	5.2	3.7	4.7	4.2	4.6	3.9	4.9	4.9	5.3	18.8	19.2
2024/2/11	4.9	5.2	3.8	4.8	4.2	4.7	3.9	4.9	4.9	5.3	18.6	18.8
2024/2/12	4.9	5.3	3.8	4.7	4.2	4.7	3.9	4.9	4.9	5.3	18.6	18.7
2024/2/13	5	5.3	3.8	4.7	4.2	4.6	3.9	4.9	4.9	5.3	18.7	18.7
2024/2/14	5.1	5.4	3.7	4.9	4.2	4.7	3.8	4.9	4.8	5.4	18.7	19.4
2024/2/15	5.2	5.9	3.6	4.7	4.2	4.7	3.7	4.9	4.9	6.2	19.4	20.4
2024/2/16	5.1	6	3.7	4.7	4.2	4.7	3.7	4.9	4.7	5.4	20.1	20.4
2024/2/17	4.9	6.3	3.5	4.9	4.2	4.7	3.7	5.1	4.4	5.2	19.9	20.4
2024/2/18	5.6	5.8	3.6	4.5	4.2	4.6	3.7	5	4.5	4.9	20.3	20.6
2024/2/19	5.7	6	3.3	4.5	4.2	4.7	3.7	5	4.4	5.9	20.6	21.1
2024/2/20	5.7	6.3	3.3	4.4	4.1	4.7	3.6	4.9	4.5	5.2	21.1	21.4
2024/2/21	5.7	6.4	3.3	4.4	4	4.7	3.5	4.8	4.7	6	20.9	21.4
2024/2/22	4.8	6.2	3.3	4.4	4.1	4.7	3.6	4.9	4.4	5.7	20.4	20.9
2024/2/23	5.6	6.1	3.4	4.4	4.1	4.6	3.7	5.1	4.7	5.8	20.1	20.3
2024/2/24	5.5	5.6	3.4	4.4	4.2	4.7	3.8	4.9	5.3	5.7	19.7	20.1
2024/2/25	5.4	5.6	3.4	4.5	4.2	4.6	3.8	5.1	5.3	5.7	18.9	19.7
2024/2/26	5.3	5.6	3.4	4.6	4.1	4.6	3.9	5.1	5.3	5.7	18.8	19.1
2024/2/27	5.4	5.7	3.4	4.6	4.1	4.6	3.6	4.9	5.3	5.9	19.1	19.6
2024/2/28	5.4	5.6	3.4	4.5	4.1	4.6	3.6	4.9	5.4	5.8	19.6	19.8
2024/2/29	5.4	5.9	3.3	4.5	4.1	4.7	3.6	4.9	5.2	6.3	19.7	20.3

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師

藥學部 邱保祥
師(三)級藥師
藥學部 邱子芹
師(三)級藥師

總藥師:

藥學部 廖志峰
師(二)級藥師

業管主管:

藥學部 何沁沁
師(一)級藥師

藥學部 周千澄
主任