

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 02 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/2/1	4.6	5.2	3.9	4.6	17.9	18.1
2024/2/2	4.7	5.2	3.9	4.1	17.9	18.8
2024/2/3	4.7	5.1	3.9	4.1	18.7	19
2024/2/4	4.7	5.1	3.9	4.1	18.9	19.2
2024/2/5	4.7	5.1	3.8	4.1	18.6	19.1
2024/2/6	4.6	5.1	3.4	4.2	18.4	18.7
2024/2/7	4.7	5.1	3.3	3.8	18.6	18.8
2024/2/8	4.7	4.9	3.3	3.7	18.1	18.6
2024/2/9	4.7	4.9	3.4	3.7	17.6	18.2
2024/2/10	4.7	5	3.4	3.7	17.1	17.6
2024/2/11	4.7	5	3.4	3.7	16.9	17.3
2024/2/12	4.7	5.1	3.3	3.7	17.2	17.4
2024/2/13	4.7	5.1	3.3	3.7	17.3	17.7
2024/2/14	4.7	5.1	3.3	3.7	17.2	17.7
2024/2/15	4.7	5.1	3.4	3.9	17.6	18.3
2024/2/16	4.7	5.1	2.4	3.8	17.9	18.2
2024/2/17	4.7	5.1	2.4	3.4	17.9	18.4
2024/2/18	4.7	5.1	2.4	3.3	18.4	18.7
2024/2/19	4.7	5.2	2.4	5.3	18.6	19.1
2024/2/20	4.7	5.1	4	4.3	19.1	19.4
2024/2/21	4.7	5.2	4	4.4	19.3	19.4
2024/2/22	4.7	5.1	3.9	4.8	19.2	19.4
2024/2/23	4.8	5.1	3.9	4	18.8	19.3
2024/2/24	4.8	5.1	3.9	4	18.8	18.8
2024/2/25	4.9	5.1	3.9	4	17.9	18.8
2024/2/26	4.9	5.1	3.9	4.1	17.8	18.2
2024/2/27	4.8	5.1	3.9	4.1	18.1	18.3
2024/2/28	4.8	5.1	3.9	4.1	18.2	18.4
2024/2/29	4.8	5.1	3.8	4.2	18.2	18.7

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 113
藥學部 邱予芹 113
藥學部 邱予芹 113

總藥師:

藥學部 廖志峰
藥學部 廖志峰
藥學部 廖志峰

業管主管:

藥學部 何沁沁
藥學部 何沁沁
藥學部 何沁沁

藥學部 周千澄
藥學部 周千澄
藥學部 周千澄