

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 03 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/3/1	4.8	5.8	3.6	4.4	17.7	18
2024/3/2	4.9	5.2	3.6	3.8	17.5	17.7
2024/3/3	4.9	5.2	3.6	3.8	17.5	17.9
2024/3/4	4.3	5.9	3.4	4.6	17.9	18.2
2024/3/5	4.2	4.8	3.4	3.8	18.1	18.7
2024/3/6	4.2	4.7	3.3	4.1	18.4	18.8
2024/3/7	4.3	4.8	3.8	4.1	18.1	18.4
2024/3/8	4.3	4.8	3.8	4.3	17.2	18.2
2024/3/9	4.3	4.8	3.9	4.2	17.3	17.4
2024/3/10	4.3	4.8	3.9	4.2	17.3	17.8
2024/3/11	4.3	4.9	3.7	4.2	17.7	18.4
2024/3/12	4.4	4.8	3.7	4.1	17.7	18.3
2024/3/13	4.4	4.9	3.7	4.1	17.7	18.3
2024/3/14	4.4	4.9	3.5	4.1	18.3	18.9
2024/3/15	4.4	4.8	3.7	4	18.7	19.5
2024/3/16	4.4	4.8	3.7	3.9	19.3	19.4
2024/3/17	4.4	4.8	3.7	3.9	19.2	19.5
2024/3/18	4.3	4.9	3.7	4	19.1	19.4
2024/3/19	4.4	4.8	3.7	4.1	18.6	19.2
2024/3/20	4.4	5.1	3.7	4.1	18.2	18.6
2024/3/21	4.7	5.1	3.5	4.2	18.2	18.6
2024/3/22	4.3	5.1	3.5	3.9	18.3	19
2024/3/23	4.4	4.8	3.5	3.9	19	20.1
2024/3/24	4.4	4.8	3.5	3.8	19.8	20.1
2024/3/25	4.3	4.8	3.5	4.2	19	19.9
2024/3/26	4.3	4.7	3.7	4.3	18.4	19
2024/3/27	4.4	4.8	3.7	4.3	18.2	18.8
2024/3/28	4.4	4.9	3.7	4.3	18.6	19.9
2024/3/29	4.4	4.8	3.6	4.2	19.8	20.1
2024/3/30	4.3	4.8	3.6	4.2	20.1	20.4
2024/3/31	4.3	4.9	3.6	4.2	20.3	20.8

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 (15/40)
藥學部 邱予芹 (13/11)

總藥師: 藥學部 廖志峰 (師二級藥師)

業管主管: 藥學部 何沁沁 (師一級藥師) (0602/14020)