

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 10 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/10/1	3.8	4.9	4.9	5.8	21.7	22.6
2024/10/2	3.9	4.9	4.9	5.1	22.2	22.6
2024/10/3	3.9	4.9	4.9	5.1	22.1	22.8
2024/10/4	3.9	5.2	4.9	5.4	22	22.6
2024/10/5	4	4.9	4.9	5.2	21.9	22.4
2024/10/6	4	4.9	4.9	5.2	21.9	22.3
2024/10/7	3.9	5.2	4.9	5.3	21.8	22.2
2024/10/8	4	5.1	4.9	5.2	21.9	22.2
2024/10/9	4	5.1	4.8	5.2	21.9	22.2
2024/10/10	4	4.9	4.8	5	21.5	22.2
2024/10/11	4	4.9	4.8	5.1	21.3	21.9
2024/10/12	3.9	4.9	4.8	5.1	21.5	21.9
2024/10/13	4	4.9	4.8	5.1	21.7	21.9
2024/10/14	4	4.9	4.8	5.2	21.7	22.8
2024/10/15	3.8	4.9	4.9	5.2	22.8	23.1
2024/10/16	3.7	4.9	4.6	5.3	20.4	23.2
2024/10/17	3.8	4.9	4.9	5.3	19.8	22.9
2024/10/18	3.8	4.9	4.8	5.3	19.9	23.2
2024/10/19	4	5.1	5.1	5.3	19.3	19.9
2024/10/20	4	5.1	5.1	5.3	19.2	19.4
2024/10/21	4	5.1	5	5.3	19.2	22.2
2024/10/22	3.9	4.9	4.9	5.4	22.1	23.2
2024/10/23	3.9	4.8	4.9	5.2	22.6	23.1
2024/10/24	3.9	4.9	4.9	5.2	22.3	22.8
2024/10/25	3.9	4.8	4.9	5.4	22.4	23.1
2024/10/26	3.9	4.8	5.1	5.3	22.2	22.8
2024/10/27	3.9	4.8	5.1	5.3	22.1	22.6
2024/10/28	3.9	4.8	5.1	5.5	22	22.3
2024/10/29	3.6	4.8	4.9	5.8	22	22.4
2024/10/30	3.8	4.8	4.9	5.2	22	22.8
2024/10/31	3.8	4.8	4.9	5.3	20.6	22.9

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 (113)
 師(三)級藥師 邱保祥 (101)
 藥學部 邱子芹 (113)
 師(三)級藥師 邱子芹 (104)

總藥師: 藥學部 廖志峰 (115)
 師(二)級藥師 廖志峰 (1650)

業管主管: 藥學部 何沁沁 (1106)
 科主任 何沁沁 (1430)