

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 114 年 05 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2025/5/1	4	5.8	4.7	6.2	19.7	21.5
2025/5/2	4.3	5.1	4.9	5.3	19.7	21.6
2025/5/3	4.3	4.9	4.9	5.2	21.4	21.7
2025/5/4	4.3	4.9	4.9	5.3	21.5	21.9
2025/5/5	4.2	4.9	4.9	5.3	21.5	21.9
2025/5/6	4.2	4.8	4.7	5.2	18.4	22
2025/5/7	4.2	4.9	4.7	5.3	18.5	21.4
2025/5/8	4.2	4.8	4.7	5.2	18.2	21.4
2025/5/9	4.2	4.8	4.7	5.7	17.9	20.2
2025/5/10	4.2	4.8	4.7	5.3	17.9	21.3
2025/5/11	4.2	4.9	4.7	5.3	18.2	21.4
2025/5/12	4.1	4.9	4.7	5.3	17.9	21.5
2025/5/13	4.1	4.9	4.7	5.3	17.9	20.8
2025/5/14	4.1	4.9	4.7	5.3	17.7	21.4
2025/5/15	4.4	5.3	4.7	5.3	18.3	20.8
2025/5/16	4.4	5.2	4.7	5.3	18.2	18.7
2025/5/17	4.4	5.2	4.7	5.2	18	18.3
2025/5/18	4.4	5.2	4.7	5.2	17.9	18.2
2025/5/19	4.4	5.3	4.7	5.3	17.7	17.9
2025/5/20	4.4	5.2	4.6	5.2	17.7	19.9
2025/5/21	4.3	5.2	4.4	5.1	17.8	19.9
2025/5/22	4.3	5	4.4	5.1	17.8	20.1
2025/5/23	4.3	5.1	4.5	5.1	17.8	19.7
2025/5/24	4.2	5.1	4.4	5	17.8	21.1
2025/5/25	4.2	5.1	4.4	5	17.9	20.8
2025/5/26	4.2	5.1	4.3	5	17.7	21.4
2025/5/27	4.2	5.1	4.4	5.1	18	21.5
2025/5/28	4.3	5.1	4.3	5.1	17.9	20.2
2025/5/29	4.1	5.1	4.3	4.9	17.9	20.7
2025/5/30	4.3	5.1	4.3	4.9	17.9	21.4
2025/5/31	4.3	5.1	4.3	4.9	18.6	21.5

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 葉馨 114 0602
藥學部 邱保祥 114 0602
藥學部 邱保祥 114 0602

總藥師:

藥學部 廖志峰 114 0602
藥學部 廖志峰 114 0602

業管主管:

藥學部 何沁沁 114 0602
藥學部 何沁沁 114 0602