

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 114年 07月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
7月1日	3.7	4.6	4.5	4.8	3.5	4	-23.5	-21.4	-79.7	-77.7	18.7	19.1
7月2日	3.9	4.2	4.5	5.1	3.5	4	-22.2	-20.4	-79.7	-77.7	18.6	19.2
7月3日	3.9	5.1	4.6	5.2	3.5	4.1	-21.5	-21.1	-79.4	-77.7	18.8	19.4
7月4日	4.6	5.1	4.6	4.8	3.5	4.2	-21.7	-21.2	-79.4	-77.7	18.9	19.3
7月5日	4.8	5.1	4.6	4.7	3.5	4.1	-21.7	-21.5	-79.4	-77.7	18.8	19
7月6日	4.8	5.1	4.6	4.7	3.6	4.2	-21.7	-21.5	-79.4	-77.7	18.7	18.8
7月7日	4.7	5	4.6	4.8	3.6	4.4	-23.4	-20.9	-81.4	-77.7	18.4	19.1
7月8日	4.3	5	4.6	5.1	3.6	4.2	-23.4	-22.6	-79.3	-77.8	18.7	19.2
7月9日	4.2	5.1	4.7	4.8	3.6	4.4	-23.9	-22.4	-81.4	-77.7	18.8	19.2
7月10日	4	5.1	4.4	5.1	3.7	4.2	-23.9	-20.7	-80.6	-77.4	18.6	19.3
7月11日	4.3	4.9	4.4	4.8	3.7	4.2	-22.9	-22.4	-79.4	-77.8	18.9	19.3
7月12日	4.3	4.6	4.4	4.6	3.7	4.2	-22.9	-22.4	-79.4	-77.7	18.8	18.9
7月13日	4.3	4.6	4.4	4.6	3.7	4.1	-22.7	-22.6	-79.4	-77.7	18.6	18.8
7月14日	4.2	4.7	4.4	4.8	3.7	4.3	-22.9	-22.2	-79.4	-77.7	18.6	19.2
7月15日	4.1	5.4	4.4	5.1	3.7	4.2	-23.2	-22.4	-79.4	-77.7	18.7	19.4
7月16日	3.4	4.8	4.4	4.8	3.5	4.2	-23.2	-22	-80	-77.6	18.4	19.2
7月17日	3.4	4.4	4.2	4.7	3.6	4.2	-23.4	-21.6	-80.7	-77.4	18.1	18.6
7月18日	3.8	4.4	4.2	4.5	3.4	4.2	-23.5	-22.9	-78.9	-77.3	18.1	19.3
7月19日	3.8	4.3	4.2	4.4	3.4	4	-23.4	-23.3	-78.9	-77.4	18.8	18.9
7月20日	3.8	4.3	4.2	4.4	3.4	4.1	-23.4	-23.3	-78.9	-77.4	18.7	18.9
7月21日	3.8	5.1	4.2	4.5	3.4	4.4	-23.5	-22.9	-79.9	-77.3	18.6	19.2
7月22日	4.2	5	4.2	4.6	3.7	4.2	-23.9	-20.9	-79.3	-77.6	18.6	19.2
7月23日	4.1	4.6	4.3	4.6	3.3	4.3	-23.9	-22.7	-79.4	-77.6	18.8	19.6
7月24日	4	4.5	4.3	4.6	3.3	3.9	-23.7	-22.4	-79.4	-77.6	19	19.4
7月25日	4	4.5	4.3	4.7	3.3	4.1	-23.7	-23.2	-79.4	-77.6	18.9	19.6
7月26日	4	4.4	4.3	4.5	3.6	4.1	-23.5	-23.4	-79.3	-77.7	18.8	19
7月27日	4	4.4	4.3	4.5	3.6	4.1	-23.5	-23.4	-79.3	-77.7	18.7	18.8
7月28日	4	4.5	4.2	5.1	3.5	4.1	-23.7	-23.2	-79.4	-77.6	18.6	19.2
7月29日	3.7	4.8	4.2	4.7	3.4	4.3	-23.7	-23.2	-79.3	-77.6	18.7	19.3
7月30日	3.4	4.4	4.2	4.7	3.2	4.6	-23.9	-21.5	-80.8	-77.6	18.8	19.2
7月31日	3.5	4.3	4.1	4.4	3.3	4.1	-23.9	-20.7	-79.3	-77.6	18.8	19.3

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L
 註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 葉馨 114/08/01
 契約醫務管理組員

總藥師:

藥學部 陳奇良 114/08/30
 師(二)級藥師

業管主管:

藥學部 李婉詩 114/08/30
 師(二)級藥師

藥學部 邱保祥 114/08/01
 師(三)級藥師