

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 114年 08月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
8月1日	3.7	4.2	4.2	4.9	3.3	3.9	-22.5	-17.7	-80.1	-77.7	19	19.4
8月2日	3.7	4.2	4.4	4.6	3.3	3.9	-17.8	-17.7	-79.3	-77.6	18.8	19
8月3日	3.7	4.2	4.3	4.5	3.3	3.9	-17.8	-17.7	-79.3	-77.6	18.7	19.2
8月4日	3.7	4.3	4	4.6	3.3	4.3	-18.1	-17.3	-79.4	-77.6	18.7	19.2
8月5日	3.7	4.4	4.2	4.5	3.4	4.2	-18.3	-17.2	-79.3	-77.6	18.7	20.1
8月6日	3.7	4.3	4.3	4.8	3.5	4.1	-18.5	-16.8	-79.4	-77.6	18.8	19.2
8月7日	3.7	4.9	4.3	4.8	2.9	4.1	-18.4	-17.8	-79.3	-77.6	18.7	19.3
8月8日	3.7	4.4	4.2	4.7	2.9	5.9	-18.5	-18	-79.3	-77.5	18.3	18.8
8月9日	3.7	4.3	4.2	4.4	4.4	4.7	-18.4	-18.3	-78.9	-77.4	18.1	18.3
8月10日	3.7	4.3	4.2	4.4	4.4	4.6	-18.5	-18.1	-79	-77.4	17.9	18.4
8月11日	3.7	4.3	4.2	4.5	4.2	4.8	-18.4	-18.1	-78.9	-77.3	18.4	18.9
8月12日	3.7	4.3	4.2	4.4	4.6	4.8	-18.7	-18.1	-78.9	-77.3	18.6	19.2
8月13日	3.7	4.4	4.2	4.7	4.6	4.8	-18.7	-17.3	-78.9	-77.3	18.6	19.2
8月14日	3.7	4.3	4.1	4.9	4.5	4.8	-18.5	-15.6	-79.9	-77.3	18.7	19.3
8月15日	3.7	4.6	4.1	4.4	4.5	4.8	-21.9	-18.1	-78.9	-77.3	18.8	19.2
8月16日	3.7	4.4	4.2	4.4	4.5	4.6	-22	-21.8	-78.9	-77.3	18.7	18.8
8月17日	3.7	4.4	4.2	4.4	4.5	4.6	-22	-21.9	-78.9	-77.3	18.6	18.7
8月18日	3.6	4.4	4.2	4.5	4.4	4.7	-22.1	-21.1	-78.9	-77.3	18.6	19
8月19日	3.3	4.4	4.3	4.6	4.4	4.7	-21.9	-21	-78.9	-77.3	18.1	18.9
8月20日	3.4	4.3	4.3	4.5	4	4.7	-21.7	-20.4	-78.9	-77.3	17.9	18.3
8月21日	3.4	4.2	4.3	4.5	4.2	4.5	-21.7	-21.1	-78.9	-77.3	17.9	18.2
8月22日	3.4	4.5	4.2	4.6	3.9	4.6	-22.1	-21.2	-78.9	-77.3	17.9	19.2
8月23日	3.4	4.2	4.3	4.5	3.9	4.3	-22.2	-21.9	-78.9	-77.3	19.1	19.2
8月24日	3.4	4.3	4.3	4.5	3.9	4.3	-21.9	-21.8	-78.9	-77.3	19.2	19.2
8月25日	3.3	4.3	4.3	4.6	3.9	4.4	-22.2	-21.6	-78.9	-77.3	19.2	19.6
8月26日	3.3	4.8	4.2	4.5	3.9	4.4	-23.2	-21	-78.9	-77.3	18.8	19.3
8月27日	3.3	4.4	4.2	4.7	4	4.4	-23.2	-22.7	-78.9	-77.3	18.7	19.2
8月28日	3.3	4.2	4.3	4.7	4.1	4.4	-23.4	-21.9	-78.9	-77.3	18.7	19.2
8月29日	3.1	4.5	4.3	4.6	4.1	4.4	-23.2	-22.6	-78.9	-77.3	18.7	19.2
8月30日	3.1	4	4.3	4.5	4.1	4.4	-23.2	-22.9	-78.9	-77.3	18.7	18.8
8月31日	3.1	4	4.3	4.5	4.1	4.4	-23.2	-23.2	-78.9	-77.3	18.6	18.7

註1：溫度記錄器型號：ESCORT/ Model No.：EI-IN-D-32-L

註2：溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師：

藥學部 葉馨
契約醫務管理組員
114
0901

總藥師：

藥學部 陳奇良
師(二)級藥師
114
0901

業管主管：

藥學部 李婉詩
師(二)級藥師
114
0901