

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 114年 09月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
9月1日	3.3	4	4.2	4.5	3.9	4.3	-23.4	-21.7	-78.9	-77.3	18.8	19.1
9月2日	3.3	4.2	4.2	4.6	3.9	4.3	-23.2	-22.1	-78.9	-77.3	18.7	19.2
9月3日	3.4	4.3	4.2	4.6	3.9	4.3	-22.9	-20.9	-78.9	-77.3	18.6	19.2
9月4日	3.3	4.2	4.3	4.8	3.9	4.5	-22	-21.2	-78.9	-77.3	18.6	19.1
9月5日	3.3	4.2	4.3	5.1	3.9	4.3	-23.4	-20.9	-79.3	-77.3	18.6	19.3
9月6日	3.3	4.1	4.3	4.6	4	4.3	-23.3	-23.1	-78.9	-77.2	18.6	18.7
9月7日	3.3	4.2	4.3	4.6	4	4.3	-23.2	-23.2	-78.9	-77.2	18.6	18.6
9月8日	3.3	4.2	4.3	4.7	4	4.4	-23.7	-22.2	-78.9	-77.2	18.4	19
9月9日	3.3	4.2	4.3	4.7	3.9	4.6	-23.7	-23.3	-78.9	-77.2	18.6	19.5
9月10日	2.9	4.1	4.3	4.7	4.1	4.6	-24.2	-22.7	-78.9	-77.3	18.7	19.2
9月11日	3.2	4.8	4.3	5.1	4.1	4.5	-24.2	-22.1	-78.9	-77.2	18.7	19.3
9月12日	3.4	4.5	4.7	5.2	4.1	4.5	-22.5	-19.9	-78.9	-77.4	18.7	19.4
9月13日	3.4	4.3	4.7	4.8	4.2	4.4	-22.4	-22.1	-78.9	-77.3	18.7	18.8
9月14日	3.4	4.3	4.7	5.4	4.1	4.5	-22.4	-21.9	-79.2	-77.4	18.7	21.9
9月15日	3.4	4.3	4.7	4.9	4.1	4.5	-22.9	-21.7	-78.9	-77.3	18.7	19.6
9月16日	3.4	4.4	4.6	5.1	3.8	4.5	-23.2	-22.2	-79.1	-77.2	18.6	19.2
9月17日	3.6	4.5	4.7	5.1	4.1	4.4	-24.2	-22.2	-78.4	-77.1	18.7	19.6
9月18日	3.6	4.5	4.7	5.3	4.1	5.1	-24.2	-21.9	-80.3	-77.2	18.7	19.2
9月19日	3.5	4.4	4.8	5.1	4	4.4	-23.4	-22.2	-78.7	-77.3	18.8	19.4
9月20日	3.5	4.4	4.8	5.1	4	4.4	-23	-22.9	-78.6	-77.3	18.9	19.3
9月21日	3.5	4.4	4.8	5.1	4	4.4	-23	-22.9	-78.6	-77.3	18.8	19.5
9月22日	3.4	4.6	4.8	5.1	3.9	4.5	-23	-21.9	-78.9	-77.3	18.8	19.2
9月23日	3.3	4.4	4.6	5.1	3.9	4.4	-22.9	-21.9	-78.8	-77.3	18.8	19.3
9月24日	3.1	4.4	4.7	5.4	4.1	5	-23	-21.9	-78.8	-77.3	19	19.4
9月25日	3.1	4.4	4.9	5.3	4.2	4.6	-23.9	-22.4	-78.8	-77.3	19	19.3
9月26日	3.4	4.4	4.4	5.8	4.4	4.9	-23.9	-22	-78.7	-77.3	18.8	19.3
9月27日	3.4	4.2	4.4	4.6	4.5	4.7	-23.2	-23.2	-78.6	-77.3	18.7	18.9
9月28日	3.4	4.2	4.4	4.6	4.5	4.7	-23.4	-23.2	-78.6	-77.3	18.6	18.7
9月29日	3.4	4.2	4.4	4.6	4.5	4.7	-23.4	-23.1	-78.6	-77.3	18.4	18.6
9月30日	3.4	4.4	4.4	4.7	4.5	4.7	-24.2	-20.4	-79.6	-77.3	18.3	18.9

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 葉馨
契約醫務管理組
114/09/01

總藥師:

藥學部 陳奇良
師(二)級藥師
1003
1330

業管主管:

藥學部 李婉詩
師(二)級藥師

藥學部 邱保祥
師(三)級藥師
114
1002