

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 114年 10月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
10月1日	3.1	4.5	4.3	5.9	4.4	5.1	-23.7	-22.5	-78.6	-77.3	18.6	19.2
10月2日	3.2	4.3	4.2	4.5	4.7	5.2	-23.9	-23.1	-78.6	-77.3	18.6	19.1
10月3日	3.4	4.3	4.2	4.5	4.6	4.9	-23.9	-23.1	-78.6	-77.3	18.7	19.1
10月4日	3.4	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	-23.9	-23.1	-78.6	-77.3	18.6	18.8
10月5日	3.4	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	-23.9	-23.1	-78.6	-77.3	17.9	18.6
10月6日	3.4	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	-23.9	-23.1	-78.6	-77.3	18.3	19.3
10月7日	3.4	4.5	4.4	4.7	4.7	4.9	-23.9	-15.2	-78.6	-77.3	18.4	19
10月8日	3.4	4.9	4.4	4.9	4.2	4.9	-19.6	-17.6	-78.6	-77.3	18.6	19.2
10月9日	2.8	4.4	4.4	4.8	4.6	4.8	-19.8	-16.7	-78.6	-77.3	18.7	19.8
10月10日	2.8	3.9	4.6	4.7	4.6	4.8	-19.8	-19.7	-78.6	-77.3	18.7	18.8
10月11日	2.8	3.9	4.5	4.7	4.6	4.8	-19.8	-19.8	-78.6	-77.3	18.6	18.7
10月12日	2.8	3.9	4.5	4.7	4.6	4.7	-19.9	-19.8	-78.6	-77.3	18.4	18.6
10月13日	2.8	6.1	4.4	4.9	4.4	4.8	-19.9	-18.8	-78.6	-77.3	18.4	18.9
10月14日	3.7	4.8	4.4	5	4.6	4.9	-19.6	-18	-78.6	-77.3	18.6	19.2
10月15日	3.9	4.5	4.6	5.2	4.7	4.9	-19.5	-18.1	-79.4	-76.7	18.6	19.6
10月16日	3.3	4.5	4.6	5.3	4.7	4.9	-20.1	-18.9	-78.8	-77.4	18.8	19.3
10月17日	3.4	4.4	4.5	4.9	4.6	4.9	-19.9	-19.2	-78.9	-77.4	18.8	19.5
10月18日	3.7	4.4	4.5	4.8	4.6	4.8	-19.6	-19.6	-78.7	-77.4	18.8	18.9
10月19日	3.6	4.4	4.5	4.7	4.6	4.8	-19.7	-19.1	-78.8	-77.4	18.7	18.8
10月20日	3.6	4.4	4.5	4.9	4.6	4.9	-19.7	-19.3	-78.7	-77.4	18.6	19.1
10月21日	3.3	4.4	4.7	5	4.3	5	-19.6	-19.1	-78.7	-77.3	18.6	19.2
10月22日	3.1	4.7	4.7	5.1	4.4	4.8	-19.3	-18.6	-78.9	-77.4	18.8	19.6
10月23日	3.1	4.1	4.7	5.5	4.3	4.9	-19.1	-19	-78.8	-77.4	18.7	19.1
10月24日	3.1	4	4.7	4.9	4.3	4.5	-19.3	-19.1	-78.8	-77.4	18.4	18.7
10月25日	3.1	4.1	4.7	4.9	4.3	4.5	-19.3	-19.1	-78.8	-77.4	18.3	18.4
10月26日	3.2	4.2	4.7	4.8	4.3	4.5	-19.3	-19.2	-78.8	-77.4	18.2	18.3
10月27日	3.3	4.5	4.6	4.9	4.2	4.5	-21.2	-18.5	-78.8	-77.4	18.2	18.7
10月28日	3.3	4.4	4.6	4.9	4.2	4.5	-21.2	-20	-80.1	-77.4	18.1	18.9
10月29日	3.6	4.7	4.7	5.5	4.2	4.5	-20.2	-18.3	-80.1	-77.6	18.3	18.9
10月30日	3.3	4.4	4.8	5.2	4.2	4.5	-19.8	-18.5	-79.4	-77.6	18.7	19.5
10月31日	3.2	4.3	4.8	5.2	4.2	4.8	-20.9	-18.3	-79.4	-77.6	18.6	19.1

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 葉馨 116
契約醫務管理組員

總藥師

藥學部 陳奇良 109
師(二)級藥師

業管主管:

藥學部 李婉詩 114
師(二)級藥師

藥學部 邱保祥 114
師(三)級藥師