

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 114 年 10 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
10月1日	4.6	5.4	4.4	5.2	19	22.1
10月2日	4.6	5.1	4.4	5.7	21.6	22.1
10月3日	4.4	5.7	4.4	6.2	19.1	22.1
10月4日	4.3	4.7	4.8	5.3	20.9	22.2
10月5日	4.3	4.7	4.8	5.3	21.9	22.2
10月6日	4.3	4.7	4.8	5.3	21.9	22.2
10月7日	4.3	4.8	4.8	5.4	20.6	22.3
10月8日	4.3	4.9	4.8	5.4	19.1	22.2
10月9日	4.2	4.9	4.8	5.6	19.6	22.2
10月10日	4.3	4.8	4.8	5.3	21.9	22.4
10月11日	4.3	4.8	4.8	5.4	20.9	22.3
10月12日	4.3	4.8	4.8	5.3	21.8	22.1
10月13日	4.3	4.9	4.6	5.3	19.2	22.1
10月14日	4.3	5.3	4.7	5.8	19.4	21.9
10月15日	4.5	5.6	4.6	5.4	19.4	22
10月16日	4.4	5.1	4.6	5.3	19	22.1
10月17日	4.3	5.1	4.7	5.5	19	21.9
10月18日	4.4	4.9	4.7	5.5	21.3	22.3
10月19日	4.4	4.9	4.7	5.4	22.1	22.5
10月20日	4.4	4.9	4.7	5.6	19.6	22.4
10月21日	4.4	4.9	4.7	5.5	20.3	22
10月22日	4.4	5.3	4.7	5.7	19.6	22.1
10月23日	4.6	5.3	4.6	5.5	20.1	22.2
10月24日	4.5	5.1	4.6	5.3	21.5	22
10月25日	4.5	5.1	4.6	5.3	21.3	21.6
10月26日	4.5	5.1	4.6	5.3	21.1	21.6
10月27日	4.5	5.1	4.6	5.3	20.9	21.2
10月28日	4.5	5.5	4.6	5.3	20.9	21.4
10月29日	4.4	5.1	4.5	5.3	21.1	21.9
10月30日	4.3	5	4.6	5.4	21.2	21.8
10月31日	4.3	4.8	4.7	5.3	21.3	21.8

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 葉馨 114
契約醫務管理組員 葉馨 1103
藥學部 林祥 114
師(三)級藥師 林祥 1103

總藥師 藥學部 陳奇良 1104
師(二)級藥師 陳奇良 1350

業管主管: 藥學部 李婉儀 114
師(二)級藥師 李婉儀 1350